

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку изделий медицинского назначения

№ п/п	Наименование	Качественные характеристики товара	Ед. изм	Кол-во
1	Перчатки латексные смотровые опудренные L	Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур , латексные нестерильные опудренные, длина не менее 250 мм нестерильные, размер L, ГОСТ Р 52239-2004	пар	30 000
2	Перчатки латексные смотровые опудренные M	Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур , латексные нестерильные опудренные, длина не менее 250 мм нестерильные , размер M, ГОСТ Р 52239-2004	пар	40 000
3	Перчатки латексные смотровые опудренные S	Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур , латексные нестерильные опудренные, длина не менее 250 мм нестерильные, размер S, ГОСТ Р 52239-2004	пар	30 000
4	Бахилы одноразовые	бахилы одноразовые (пара)	пар	10 000
5	Зонд желудочный СН14	Зонд желудочный СН14 Стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, 4 боковых отверстия, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет	шт.	300
6	Зонд желудочный детский стерильный	Зонд желудочный СН12 стерильный детский Стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, 4 боковых отверстия, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет	шт.	100
7	Зонд желудочный СН30	Зонд желудочный СН30 Стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, 4 боковых отверстия, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет	шт.	600
8	Перчатки резиновые 7	Перчатки хирургические резиновые 7 ГОСТ 3-88 . Толщина перчатки должна быть 0,10-0,27 мм. Перчатки должны быть пятипальными, бесшовными ,с краями закатанными в венчик. Перчатки должны быть герметичны. На поверхности перчаток не должно быть дефектов ,превышающих указанных в ГОСТе. Перчатки должны выдерживать четырехкратную обработку водным моющим раствором и старение в среде водного пара.	пар	3 000
9	Комплект акушерский для роженицы №18В «Гекса» (или	Комплект белья акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный КБР-2 «Гекса» (или эквивалент)*. Изготовлен по ТУ (9398-007-18603495-2005) в составе: простыня ламинированная	шт.	20

	эквивалент)	140*80 см, простыня впитывающая 60*60 см, простыня влагонепроницаемая 140*80 см, салфетка влагонепроницаемая 80*70 см, рубашка для роженица , пл.25г/м2,бахилы высокие, пл.25г/м2, шапочка-берет		
10	Катетер СН20	Катетер Нелатона Aquasath Ch/Fr 14 стерильный, одноразовый ,OD4,7 mm ,ID 3.3mm, длина 400 мм, изготовлен из прозрачного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец,2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер упакован в развернутом виде, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет.	шт.	300

- - информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, у заказчика отсутствует.